Accréditation Sans Frontières (ASF) ხელსაწყოების ნაკრები 28 · სამედიცინო აღჭურვილობა · ხელსაწყო 4 4-დან		ASF · ხელსაწყო ჟანგბადის უსაფრთხოება — პლაგატი და ბალონის ჟურნალი	
ხელსაწყო	ჟანგბადის უსაფრთხოება — პლაკატი და ბალონის ჟურნალი	**კოდი**	ASF-TOOL-EQ-04
სტატუსი	ადაპტირებული ვერსია	**წყარო**	ASF-ის ხელსაწყოების ნაკრები

ASF · სამედიცინო აღჭურვილობა · ჟანგბადი

ASF · ხელსაწყო · ადაპტირებული ვერსია · https://france-asf.fr/tools/oxygen-safety-poster-and-cylinder-log/

ჟანგბადი არ იწვის, მაგრამ ყველაფერი, რაც მის გვერდით არის, იწვის. წესები ბალონებისთვის, კონცენტრატორებისა და მილსადენის ჟანგბადისთვის, და ჟურნალი, რომელიც 3 საათზე ჟანგბადის ამოწურვას აგვარიდებს

1. ჟანგბადი — არ არის ცეცხლი · არ არის ზეთი · არ ვარდება

წესი	რატომ
არ მოწიოთ, არ გქონდეთ ღია ალი, არ იყოს ნაპერწკალი ჟანგბადიდან 3 მ მანძილზე — მისი გამოყენებისას ან შენახვისას, მათ შორის სანთლები, გამათბობლები და დასამუხტი მობილური ტელეფონები	ჟანგბადით გამდიდრებული ჰაერი ქსოვილს, თმასა და პლასტმასს ძალადობრივად აწვავს
არ დადოთ ზეთი, ცხიმი, ხელის კრემი ან სპირტიანი გელი ბალონის ვენტილებზე, რეგულატორებზე ან იმ ხელებზე, რომლებიც მათ ეხებიან	ნახშირწყალბადები მაღალი წნევის ჟანგბადში თვითაალიზდება
ბალონები ყოველთვის დამაგრებული იყოს ვერტიკალურად სადგამზე, ჯაჭვზე ან ეტლზე — არასდროს თავისუფლად მდგომი, არასდროს გამოყენებისას დაწოლილი	დაცემული ბალონი შეიძლება ვენტილს მოსწყვიტოს და გახდეს მოძრავი სხეული (პროექტილი)
ვენტილები ნელა გახსენით; არ გამოყენებისას დახურეთ; რეგულატორს ძალით არ აიძულოთ	მოულოდნელმა წნევამ შეიძლება რეგულატორი აანთოს
სავსე და ცარიელი ბალონები შენახული იყოს ცალ-ცალკე, მონიშნული, ვენტილირებად, დაკეტილ საწყობში, სითბოსა და აალებად ნივთებისგან მოშორებით	ცარიელი ბალონის გამოყენება გადაუდებელ შემთხვევაში ხელს არ შეუშლის
ტრანსპორტირება ეტლით; არასდროს გორებით ან ჩაზიდვით; ადამიანებთან ერთად ლიფტში — თუ შესაძლებელია, არ	დამუშავების ტრავმები და ვენტილის დაზიანება
კონცენტრატორები: ფილტრები ყოველ კვირას იწმინდება; არ არის დაფარული; ნაკადი მოწმდება პაციენტთან პულსოქსიმეტრით	ჩაკეტილი კონცენტრატორი ოთახის ჰაერს აწვდის
მილსადენის ჟანგბადი: იცოდეთ ზონის გამორთვის ვენტილები და ვის შეუძლია მათი მართვა; სიგნალიზაცია ყოველთვიურად შეამოწმეთ	ხანძრის შემთხვევაში შეიძლება საჭირო გახდეს ზონის იზოლაცია

2. ბალონის ჟურნალი

თარიღი	ბალონის ID · ზომა	ადგილმდებარეობა	შემცველობა (bar / %)	სტატუსი: სავსე / გამოყენებაში / ცარიელი	შეამოწმა	გაცვლილია (თარიღი)	შენიშვნა

72-საათიანი მარაგის შემოწმება (კვირაში ერთხელ). პაციენტები ჟანგბადზე ____ × საშუალო ნაკადი ____ ლ/წთ × 60 × 72 = ____ ლ საჭიროა. ბალონის შემცველობა (ლიტრი = bar × წყლის ტევადობა) + კონცენტრატორის ტევადობა = ____ ლ ხელმისაწვდომია. თუ ხელმისაწვდომი < საჭირო: შეუკვეთეთ დღესვე; ეს არის Crisis-კატეგორიის Universal Floor პუნქტი.

ASF სტანდარტები: სტანდარტი 3 — ჟანგბადის უსაფრთხოება (დამადასტურებელი საშუალება: პლაკატი, ჟურნალი, მარაგის გაანგარიშება); გადაუდებელი მზადყოფნა.