ორგანიზაციის სახელი ობიექტი ან განყოფილება		გეგმა **სტომატოლოგიური გამოსახულების რადიაციული დაცვის პროგრამა**	
დოკუმენტის ID	DEN-PLN-001	**ვერსია**	1.0
სტატუსი	ცარიელი ფორმა, მოსარგებად	**გამოშვების თარიღი**	
გადახედვის თარიღი		**ანაცვლებს**	
პასუხისმგებელი		**დაამტკიცა**	
ხელმოწერა			

Standards › › Standard 31Plans and templates

გეგმა · DEN-PLN-001 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 31.9

მოკლედ

- კლინიკას აქვს წერილობითი რადიაციული დაცვის პროგრამა, რომელიც ყოველ 12 თვეში განიხილება.
- ყოველი რენტგენის აპარატი გრაფიკის მიხედვით მოწმდება დოზისა და მუშაობის მიხედვით (DEN-REG-003).
- რენტგენოგრამების გადამღები პერსონალი მონიტორინგდება იქ, სადაც პროგრამა ამას მოითხოვს.
- პროგრამა განიხილება ნებისმიერი ინციდენტის შემდეგ.
- დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მიმართეთ დახმარებას, თუ: რენტგენის აპარატი გამოიყენება ჩაწერილი დოზის ან მუშაობის შემოწმების გარეშე.

1. 1. მიზანი

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კლინიკა იცავს პაციენტებსა და პერსონალს რადიაციისგან დოკუმენტირებული და განხილული პროგრამის მეშვეობით (31.9).

2. 2. სფერო

ვრცელდება	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი
ადგილები	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება
როდის	ყოველ ჯერზე, როცა აღწერილი საქმიანობა ხორციელდება
არ ვრცელდება	საქმიანობები, რომლებსაც მე-15 განყოფილებაში ჩამოთვლილი სხვა დოკუმენტი ფარავს

3. 3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც ამ დროს უძღვება უბანს

4. 4. საფუძვლები

რენტგენის გადამღები პერსონალი ყოველდღიურად განიცდის რადიაციას. რადიაციული დაცვის პროგრამა, დამცავი ეკრანებითა და დოზის მონიტორინგით, ამ ზემოქმედებას ზღვრულ ნორმებში ინარჩუნებს.

5. 5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
რადიაციული უსაფრთხოების ხელმძღვანელი	პასუხს აგებს პროგრამასა და მის გრაფიკზე	კლინიკური დირექტორი
კლინიკური დირექტორი	ამტკიცებს პროგრამასა და მის განხილვას	სამედიცინო დირექტორი

6. 6. მასალები და აღჭურვილობა

ერთეული	მოთხოვნა	პირობა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერები და ფორმები	მიმდინარე ვერსია	გამოყენებამდე შემოწმებული

7. 7. უსაფრთხოება

- შეაჩერეთ და მოითხოვეთ დახმარება, თუ პაციენტს დაუყოვნებელი საფრთხე ემუქრება. არ დააგვიანოთ გადაუდებელი მოვლა დოკუმენტაციის შევსებისთვის.

8. 8. დაწყებამდე

- დაადასტურეთ, რომ ამ დოკუმენტში დასახელებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომი და მიმდინარეა.

9. 9. პროცედურა

ნაბიჯი 1. დაწერეთ და დაამტკიცეთ.

- დაწერეთ პროგრამა ეროვნული მოთხოვნის შესაბამისად და დაამტკიცეთ იგი.

მთავარი წერტილი: დამტკიცებულია.

ნაბიჯი 2. შეამოწმეთ აპარატურა.

- შეამოწმეთ ყოველი აპარატი გრაფიკის მიხედვით და ჩაწერეთ (DEN-REG-003).

მთავარი წერტილი: შემოწმებულია.

ეტაპი 3. განხილვა.

- განიხილეთ პროგრამა ყოველ 12 თვეში და ნებისმიერი ინციდენტის შემდეგ.

ძირითადი პუნქტი: განხილულია.

10. 10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. 11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება
არასამუშაო საათები	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ მორიგე კონტაქტი, რომელიც ზონის კედელზეა.

12. 12. ესკალაცია

- ნებისმიერი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა მორიგე კლინიკურ ხელმძღვანელს და იმავე დღეს კლინიკურ დირექტორს.

13. 13. მონიტორინგი

მაჩვენებელი	სამიზნე	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
აპარატები მიმდინარე დოზის შემოწმებით	100%	ყოველკვარტალური	რადიაციული უსაფრთხოების ხელმძღვანელი	გადაეცით კლინიკურ დირექტორს

14. 14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერი	პაციენტის ჩანაწერი ან ზონის ფაილი	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი წლები

15. 15. ტრენინგი

- პერსონალი ამ დოკუმენტში ივარჯიშებს ჩართვისას და ყოველ წელს განახლდება, დაფიქსირებული კომპეტენციის შემოწმებით.

16. 16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
DEN-REG-003	რადიაციული აპარატურისა და დოზის აუდიტის რეგისტრი	რეგისტრი

17. 17. მტკიცებულებები

მითითება	შენიშვნა
E-009	დაფუძნებულია CDC-ის სახელმძღვანელოებზე ინფექციის კონტროლის შესახებ სტომატოლოგიურ დაწესებულებებში (Kohn et al., 2003), ISO 17665 ნოტიო-ცხელი სტერილიზაციისთვის, მინამატას კონვენციაზე ვერცხლისწყლის შესახებ (2013), IAEA-ს სპეციფიკური უსაფრთხოების სახელმძღვანელოზე SSG-46 (2018), საბჭოს დირექტივა 2013/59/Euratom და ADA-ს სახელმძღვანელოებზე სედაციის შესახებ (2016).
E-006	ASF Policy Framework v1.2. ადაპტირებულია.
E-009	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.

18. 18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0	დამტკიცების თარიღი	პირველი ვერსია	დამტკიცებულია ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

19. წყაროები

Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)

Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)