ორგანიზაციის სახელი ობიექტი ან განყოფილება		პოლიტიკა სტომატოლოგიური რენტგენოგრაფიის დასაბუთება და დოზის ოპტიმიზაცია	
დოკუმენტის ID	DEN-POL-002	**ვერსია**	1.0
სტატუსი	ცარიელი ფორმა, მოსარგებად	**გამოშვების თარიღი**	
გადახედვის თარიღი		**ანაცვლებს**	
პასუხისმგებელი		**დაამტკიცა**	
ხელმოწერა			

პოლიტიკა · DEN-POL-002 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 31.8

მოკლედ

- ყოველი რენტგენოგრამა დასაბუთებული უნდა იყოს ექსპოზიციამდე, ხოლო დასაბუთება ჩაიწეროს (DEN-FRM-003).
- დოზა ოპტიმიზებულია სწორი რეცეპტორით, კოლიმაციითა და პროტოკოლით.
- განმეორებითი ექსპოზიციები განიხილება და ფიქსირდება.
- სრული პირის ღრუს რენტგენოგრაფია არ კეთდება კლინიკური მიზეზის გარეშე.
- დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მიმართეთ დახმარებას, თუ: რენტგენოგრამა გადაღებულია დასაბუთების ჩაწერის გარეშე.

1. 1. მიზანი

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყოველი სტომატოლოგიური რენტგენოგრამა იყოს დასაბუთებული და პაციენტის დოზა იყოს გონივრულად მიღწევადი ყველაზე დაბალი (31.8).

2. 2. სფერო

ვრცელდება	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი
ადგილები	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება
როდის	ყოველ ჯერზე, როცა აღწერილი საქმიანობა ხორციელდება
არ ვრცელდება	საქმიანობები, რომლებსაც მე-15 განყოფილებაში ჩამოთვლილი სხვა დოკუმენტი ფარავს

3. 3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც ამ დროს უძღვება უბანს

4. 4. საფუძვლები

სტომატოლოგიური რენტგენი იძლევა რადიაციულ დოზას. არასაჭირო რენტგენოგრამა ზრდის რისკს სარგებლის გარეშე, ხოლო ზედმეტად მაღალი დოზა თავიდან აიცილება აპარატის სწორად დაყენებით.

5. 5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
რადიაციული უსაფრთხოების ხელმძღვანელი	პასუხისმგებელია დასაბუთების კრიტერიუმებსა და დოზის პროტოკოლზე	კლინიკური დირექტორი

კლინიცისტი	ასაბუთებს ყოველ რენტგენოგრამას ექსპოზიციამდე	რადიაციული უსაფრთხოების ხელმძღვანელი

6. 6. მასალები და აღჭურვილობა

ერთეული	მოთხოვნა	პირობა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერები და ფორმები	მიმდინარე ვერსია	გამოყენებამდე შემოწმებული

7. 7. უსაფრთხოება

- შეაჩერეთ და მოითხოვეთ დახმარება, თუ პაციენტს დაუყოვნებელი საფრთხე ემუქრება. არ დააგვიანოთ გადაუდებელი მოვლა დოკუმენტაციის შევსებისთვის.

8. 8. დაწყებამდე

- დაადასტურეთ, რომ ამ დოკუმენტში დასახელებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომი და მიმდინარეა.

9. 9. პროცედურა

ნაბიჯი 1. დასაბუთება.

- განსაზღვრეთ და DEN-FRM-003-ზე ჩაწერეთ რენტგენოგრამის კლინიკური მიზეზი.

მთავარი წერტილი: დასაბუთებულია.

ნაბიჯი 2. ოპტიმიზაცია.

- აირჩიეთ პაციენტისთვის რეცეპტორი, კოლიმაცია და პროტოკოლი.

მთავარი წერტილი: ოპტიმიზებულია.

ეტაპი 3. განხილვა.

- განიხილეთ განმეორებითი ექსპოზიციები და ჩაწერეთ მიზეზი.

ძირითადი პუნქტი: განხილულია.

10. 10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. 11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება
არასამუშაო საათები	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ მორიგე კონტაქტი, რომელიც ზონის კედელზეა.

12. 12. ესკალაცია

- ნებისმიერი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა მორიგე კლინიკურ ხელმძღვანელს და იმავე დღეს კლინიკურ დირექტორს.

13. 13. მონიტორინგი

მაჩვენებელი	სამიზნე	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
რენტგენოგრამები ჩაწერილი დასაბუთებით	100%	ყოველთვიურად	რადიაციული უსაფრთხოების ხელმძღვანელი	გადაეცით კლინიკურ დირექტორს

14. 14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერი	პაციენტის ჩანაწერი ან ზონის ფაილი	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი წლები

15. 15. ტრენინგი

- პერსონალი ამ დოკუმენტში ივარჯიშებს ჩართვისას და ყოველ წელს განახლდება, დაფიქსირებული კომპეტენციის შემოწმებით.

16. 16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
DEN-FRM-003	რენტგენოგრამის დასაბუთების ჩანაწერი	ჩანაწერი
DEN-PLN-001	სტომატოლოგიური გამოსახულების რადიაციული უსაფრთხოების პროგრამა	გეგმა

17. 17. მტკიცებულებები

მითითება	შენიშვნა
E-009	დაფუძნებულია CDC-ის სახელმძღვანელოებზე ინფექციის კონტროლის შესახებ სტომატოლოგიურ დაწესებულებებში (Kohn et al., 2003), ISO 17665 ნოტიო-ცხელი სტერილიზაციისთვის, მინამატას კონვენციაზე ვერცხლისწყლის შესახებ (2013), IAEA-ს სპეციფიკური უსაფრთხოების სახელმძღვანელოზე SSG-46 (2018), საბჭოს დირექტივა 2013/59/Euratom და ADA-ს სახელმძღვანელოებზე სედაციის შესახებ (2016).

E-006	ASF Policy Framework v1.2. ადაპტირებულია.
E-009	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.

18. 18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0	დამტკიცების თარიღი	პირველი ვერსია	დამტკიცებულია ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

19. წყაროები

Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)

Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)