DEN-SOP-001: მრავალჯერადი სტომატოლოგიური ინსტრუმენტების სტერილიზაცია

სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა (SOP) · DEN-SOP-001 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 31.1

მოკლედ

- გამოიყენება მხოლოდ დადასტურებულ ციკლში დამუშავებული ინსტრუმენტები (DEN-REG-001).
- ინსტრუმენტები იფუთება დალუქულ სტერილურ ბარიერულ შეფუთვაში და თარიღდება.
- ყოველი ციკლი მონიტორდება ამ პროცედურაში დასახელებული ინდიკატორებით (DEN-REG-001).
- წარუმატებელი ინდიკატორი აკავებს ტვირთს და იწვევს რეაგირებას.
- დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მიიღეთ დახმარება, თუ: ტვირთი გაიცა გამოსაყენებლად წარუმატებელი ინდიკატორით ან ციკლის ჩანაწერის გარეშე.

1. მიზანი

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყოველი მრავალჯერადი ინსტრუმენტი სტერილური იყოს პაციენტამდე მისვლამდე და ყოველი ციკლი დადასტურდეს (31.1, 31.2).

2. მოქმედების სფერო

ვრცელდება	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი
ადგილები	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება

როდის	ყოველთვის, როცა აღწერილი საქმიანობა სრულდება
არ ვრცელდება	საქმიანობა, რომელიც მოცემულია სხვა დოკუმენტში, ჩამოთვლილში მე-15 განყოფილებაში

3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც იმ დროს პასუხობს ამ მიმართულებაზე

4. ფონი

არასათანადოდ სტერილიზებული სტომატოლოგიური ინსტრუმენტები სისხლსა და ინფექციას ერთი პაციენტიდან მეორეს გადასცემს. დადასტურებული პროცესი, რომელიც გამოიყენება ყოველ ინსტრუმენტზე, არის ის, რაც მათ ხელახლა გამოსაყენებლად უსაფრთხოს ხდის.

5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
ინფექციის პრევენციის ხელმძღვანელი	ხელმძღვანელობს დადასტურებულ ციკლებსა და მონიტორინგის გრაფიკს	კლინიცისტი ან მენეჯერი
დეკონტამინაციის ოპერატორი	ამუშავებს ინსტრუმენტებს და იწერს ყოველ ციკლს	ინფექციის პრევენციის ხელმძღვანელი

6. მასალები და აღჭურვილობა

ერთეული	მოთხოვნა	მდგომარეობა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერები და ფორმები	მიმდინარე ვერსია	მოწმდება გამოყენებამდე

7. უსაფრთხოება

- თუ პაციენტს დაუყოვნებლივი რისკი ემუქრება, შეაჩერეთ და მოუხმეთ დახმარებას. არ გადადოთ გადაუდებელი მკურნალობა დოკუმენტაციის შევსებისთვის.

8. დაწყებამდე

- დაადასტურეთ, რომ ამ დოკუმენტში დასახელებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და მიმდინარეა.

9. პროცედურა

ნაბიჯი 1. გაწმენდა და გაშრობა.

- შეფუთვამდე გაწმინდეთ ყოველი ინსტრუმენტი მწარმოებლის მეთოდით.
- სრულად გააშრეთ, რათა სტერილიზაციის საშუალებამ ყველა ზედაპირს მიაღწიოს.

მთავარი პუნქტი: გაწმენდილია და გამშრალია.

ნაბიჯი 2. შეფუთვა და ჩატვირთვა.

- ინსტრუმენტები შეფუთეთ დალუქულ სტერილურ ბარიერულ შეფუთვაში თარიღით.
- კამერა ჩატვირთეთ დადასტურებული ჩატვირთვის სქემით.

მთავარი პუნქტი: შეფუთულია და ჩატვირთულია.

ნაბიჯი 3. გაშვება და მონიტორინგი.

- გაუშვით დადასტურებული ციკლი ინსტრუმენტის ტიპისთვის.
- ჩაწერეთ ქიმიური და ბიოლოგიური ინდიკატორების შედეგები (DEN-REG-001).

მთავარი პუნქტი: ციკლი ჩაწერილია.

10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება
სამუშაო საათების გარეთ	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ დეჟურის საკონტაქტო ინფორმაცია ამ მიმართულების კედელზე.

12. ესკალაცია

- ყოველი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა დეჟურ კლინიკურ ხელმძღვანელს, იმავე დღეს კი — კლინიკურ დირექტორს.

13. მონიტორინგი

ზომა	სამიზნე მაჩვენებელი	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
ციკლები სრული ინდიკატორების ჩანაწერებით	100%	ყოველ კვირას	ინფექციის პრევენციის ხელმძღვანელი	ტვირთების კარანტინი და გადაცემა კლინიკურ დირექტორს

14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში	პაციენტის ჩანაწერი ან	დაწესებულების ჩანაწერების

დასახელებული ჩანაწერი	მიმართულების ფაილი	პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები

15. სწავლება

- პერსონალი ამ დოკუმენტში გადამზადდება ჩართვისას და ყოველწლიურად განახლდება ჩაწერილი კომპეტენციის შემოწმებით.

16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
DEN-REG-001	სტერილიზაციის ციკლისა და ტვირთის რეგისტრი	რეგისტრი
DEN-SOP-002	სტომატოლოგიური დანადგარის წყლის ხაზების მართვა	პროცედურა

17. მტკიცებულებები

წყარო	შენიშვნა
E-009	
E-006	ASF Policy Framework v1.2. ადაპტირებული.
E-009	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.

18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0		პირველი ვერსია	ASF ექსპერტთა კომიტეტის დამტკიცება

ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება

- **Dental Practice: Five Safety Criteria at the Chair** (AMB-08)

წყაროები

- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)
- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)