DEN-SOP-002: სტომატოლოგიური დანადგარის წყლის ხაზების მართვა

სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა (SOP) · DEN-SOP-002 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 31.5

მოკლედ

- სტომატოლოგიური დანადგარის ყოველი წყლის ხაზი მუშავდება მწარმოებლის გრაფიკით და პროდუქტი იწერება ჟურნალში.
- წყლის ხარისხი მოწმდება დადგენილ ინტერვალში (DEN-REG-002).
- ნებისმიერ ზღვრს გარეთ მყოფ შედეგზე რეაგირდება და იწერება იმავე დღეს.
- ყოველ სტომატოლოგიურ დანადგარს აქვს ჩაწერილი მომზადება.
- დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მიიღეთ დახმარება, თუ: პაციენტებს ემსახურებიან დანადგარიდან, რომლის ტესტის შედეგი ზღვრს გარეთაა და ზომა არ მიუღიათ.

1. მიზანი

სტომატოლოგიური დანადგარის წყალი პაციენტებისა და პერსონალისთვის უსაფრთხოდ შენარჩუნებისთვის წყლის ხაზების დამუშავებითა და ტესტირებით (31.5).

2. მოქმედების სფერო

ვრცელდება	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი
ადგილები	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება
როდის	ყოველთვის, როცა აღწერილი საქმიანობა სრულდება

არ ვრცელდება	საქმიანობა, რომელიც მოცემულია სხვა დოკუმენტში, ჩამოთვლილში მე-15 განყოფილებაში

3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც იმ დროს პასუხობს ამ მიმართულებაზე

4. ფონი

სტომატოლოგიური დანადგარის წყლის ხაზები ბაქტერიების ცნობილი წყაროა, და პირში შესხურებული წყალი მათში გადის. წყლის დამუშავება და ტესტირება მას უსაფრთხოს ინარჩუნებს.

5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
ინფექციის პრევენციის ხელმძღვანელი	ხელმძღვანელობს მკურნალობის რეჟიმსა და ტესტის გრაფიკს	კლინიკური დირექტორი
სტომატოლოგიური ექთანი ან ასისტენტი	ჟურნალში ათავსებს ყოველ მკურნალობას და აცნობებს ნებისმიერ პრობლემას	ინფექციის პრევენციის ხელმძღვანელი

6. მასალები და აღჭურვილობა

ერთეული	მოთხოვნა	მდგომარეობა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერები და ფორმები	მიმდინარე ვერსია	მოწმდება გამოყენებამდე

7. უსაფრთხოება

- თუ პაციენტს დაუყოვნებლივი რისკი ემუქრება, შეაჩერეთ და მოუხმეთ დახმარებას. არ გადადოთ გადაუდებელი მკურნალობა დოკუმენტაციის შევსებისთვის.

8. დაწყებამდე

- დაადასტურეთ, რომ ამ დოკუმენტში დასახელებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და მიმდინარეა.

9. პროცედურა

ნაბიჯი 1. დანადგარის მომზადება.

- ჩაწერეთ ყოველი სტომატოლოგიური დანადგარის მომზადება, მათ შორის წყაროს ჩათვლით.
- დღის დაწყებისას დაიწყეთ მკურნალობის რეჟიმი.

მთავარი პუნქტი: მომზადებულია.

ნაბიჯი 2. დამუშავება და ჩაწერა.

- გამოიყენეთ დამუშავების პროდუქტი გრაფიკის მიხედვით და ჩაწერეთ ჟურნალში.

მთავარი პუნქტი: ჩაწერილია.

ნაბიჯი 3. ტესტირება და რეაგირება.

- ჩაატარეთ წყლის ტესტი დადგენილ ინტერვალში.
- იმოქმედეთ ნებისმიერ ზღვარზე მაღალ შედეგზე და ჩაწერეთ მოქმედება (DEN-REG-002).

მთავარი პუნქტი: რეაგირება მოხდა.

10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება
სამუშაო საათების გარეთ	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ დეჟურის საკონტაქტო ინფორმაცია ამ მიმართულების კედელზე.

12. ესკალაცია

- ყოველი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა დეჟურ კლინიკურ ხელმძღვანელს, იმავე დღეს კი — კლინიკურ დირექტორს.

13. მონიტორინგი

ზომა	სამიზნე მაჩვენებელი	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
გრაფიკით დაგეგმილი მკურნალობები ჩაწერილია	100%	ყოველთვიურად	ინფექციის პრევენციის ხელმძღვანელი	გადაეცით კლინიკურ დირექტორს

14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში დასახელებული ჩანაწერი	პაციენტის ჩანაწერი ან მიმართულების ფაილი	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები

15. სწავლება

- პერსონალი ამ დოკუმენტში გადამზადდება ჩართვისას და ყოველწლიურად განახლდება ჩაწერილი კომპეტენციის შემოწმებით.

16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
DEN-REG-002	წყლის ხაზის ტესტის რეგისტრი	რეგისტრი

17. მტკიცებულებები

წყარო	შენიშვნა
E-009	
E-006	ASF Policy Framework v1.2. ადაპტირებული.
E-009	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.

18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0		პირველი ვერსია	ASF ექსპერტთა კომიტეტის დამტკიცება

ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება

- **Dental Practice: Five Safety Criteria at the Chair** (AMB-08)

წყაროები

- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)
- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on

Standard 1. (E-009)