DIA-POL-002: დიალიზატორის ხელმეორედ გამოყენება და რეპროცესირება

პოლიტიკა · DIA-POL-002 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 26.4

მოკლედ

- დიალიზატორი ხელმეორედ გამოიყენება მხოლოდ მაშინ, თუ მწარმოებელი მას ხელმეორედ გამოყენებისთვის მონიშნავს.
- რეპროცესირება მიჰყვება ვალიდირებულ პროცედურას, და ყოველი ციკლი აღირიცხება (DIA-REG-001).
- დიალიზატორი გამოიყენება მხოლოდ იმ პაციენტზე, საიდანაც იგი მოვიდა.
- დიალიზატორი, რომლის მიკვლევაც პაციენტამდე შეუძლებელია, არ გამოიყენება.
- დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მიმართეთ დახმარებას, თუ: დიალიზატორი ხელმეორედ გამოიყენება იმ პაციენტისგან განსხვავებულ პაციენტზე, საიდანაც იგი მოვიდა.

1. მიზანი

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ დიალიზატორები ხელმეორედ გამოიყენება მხოლოდ დაშვებულ შემთხვევებში, უსაფრთხოდ რეპროცესირდება და მათი მიკვლევა პაციენტამდე ხდება (26.4).

2. სფერო

ვრცელდება	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი
ადგილები	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება
როდის	ყოველთვის, როცა სრულდება აღწერილი საქმიანობა
არ ვრცელდება	საქმიანობა, რომელსაც მოიცავს სხვა დოკუმენტი, ჩამოთვლილი მე-15 განყოფილებაში

3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც ამ დროს უძღვება უბანს

4. საფუძვლები

დიალიზატორები ხელმეორედ მხოლოდ ზოგიერთ სერვისში გამოიყენება და მხოლოდ მაშინ, როცა ისინი ხელმეორედ გამოსაყენებლად არის მონიშნული. ხელმეორედ გამოყენებული დიალიზატორი, რომელიც სათანადოდ არ არის გაწმენდილი ან მიკვლეული, შეიძლება ინფექცია გადასცეს ან სწორად ვერ იმუშაოს.

5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
დიალიზის განყოფილების ხელმძღვანელი	ფლობს ხელმეორედ გამოყენებისა და რეპროცესირების წესს	კლინიცისტი ან მენეჯერი

რეპროცესირების პერსონალი	რეპროცესირება და ყოველი ციკლის აღნუსხვა	პერსონალი

6. მასალები და აღჭურვილობა

ერთეული	მოთხოვნა	მდგომარეობა
ამ დოკუმენტში მითითებული ჩანაწერები და ფორმები	მიმდინარე ვერსია	შემოწმებულია გამოყენებამდე

7. უსაფრთხოება

- თუ პაციენტი პირდაპირ საფრთხის ქვეშაა, შეაჩერეთ საქმიანობა და გამოიძახეთ დახმარება. გადაუდებელი მოვლა არ გადადოთ დოკუმენტაციის შევსების გამო.

8. დაწყებამდე

- დარწმუნდით, რომ ამ დოკუმენტში მითითებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და მიმდინარეა.

9. პროცედურა

ეტაპი 1. მონიშვნის შემოწმება.

- რეპროცესირებამდე შეამოწმეთ, არის თუ არა დიალიზატორი ხელმეორედ გამოსაყენებლად მონიშნული.

მთავარი: შემოწმებულია.

ეტაპი 2. რეპროცესირება.

- რეპროცესირება ჩაატარეთ ვალიდირებული პროცედურით და ყოველი ციკლი აღნუსხეთ DIA-REG-001-ზე.

მთავარი: რეპროცესირებულია.

ეტაპი 3. მოძიება.

- დიალიზატორი შეინახეთ მის პაციენტთან და ციკლების რაოდენობასთან ერთად, და გამოიყენეთ მხოლოდ ამ პაციენტზე.

მთავარი: მოძიებულია.

10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება
არასამუშაო საათები	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ უბნის კედელზე მითითებული მორიგე საკონტაქტო ინფორმაცია.

12. ესკალაცია

- ყოველი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა მორიგე კლინიკურ ხელმძღვანელს, ხოლო იმავე დღეს — კლინიკურ დირექტორს.

13. მონიტორინგი

მაჩვენებელი	სამიზნე	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
ხელმეორედ გამოყენებული დიალიზატორები, მიკვლეული იმავე პაციენტამდე და ციკლის ლიმიტის ფარგლებში	100%	ყოველთვიურად	დიალიზის განყოფილების ხელმძღვანელი	ესკალაცია სამედიცინო დირექტორთან

14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში მითითებული ჩანაწერი	პაციენტის ისტორია ან უბნის საქმე	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები

15. ტრენინგი

- პერსონალი ამ დოკუმენტში ივარჯიშებს ჩართვისას და ყოველ წელს განახლდება, დაფიქსირებული კომპეტენციის შემოწმებით.

16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
DIA-REG-001	დიალიზატორის მიკვლევადობისა და რეპროცესირების რეგისტრი	რეგისტრი

17. მტკიცებულებები

მითითება	შენიშვნა
E-009	
E-006	ASF Policy Framework v1.2. Adapted.
E-009	ASF Expert Committee consensus.

18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0		პირველი ვერსია	

ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება

- **Dialysis & Renal Replacement Therapy** (AMB-12)

წყაროები

- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)
- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)