ორგანიზაციის დასახელება დაწესებულება ან სტრუქტურული ერთეული	სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა **მონიტორინგირებადი შენახვა, სიგნალიზაცია და სარეზერვო სისტემა**		
დოკუმენტის ID	FRT-SOP-002	**ვერსია**	1.0
სტატუსი	ცარიელი ფორმა, მოსარგებად	**გამოშვების თარიღი**	
გადასინჯვის თარიღი		**ანაცვლებს**	
მფლობელი		**დაამტკიცა**	
ხელმოწერა			

სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა (SOP) · FRT-SOP-002 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

დაკავშირებულია: 8.4

მოკლედ

- გამეტები და ემბრიონები ინახება მონიტორინგირებად პირობებში სიგნალიზაციით.
- ყოველ სიგნალიზაციაზე რეაგირება ხდება დადგენილ დროში და რეაგირება აღირიცხება.
- სარეზერვო შენახვის სისტემა მზადაა და ტესტირებულია.
- შენახვის უკმარისობა დაუყოვნებლივ იწვევს წერილობით რეაგირებას.
- შეწყვიტეთ და დაუყოვნებლივ მოითხოვეთ დახმარება, თუ: სიგნალიზაციაზე რეაგირება არ ხდება, ან შენახვის უკმარისობა ხდება სარეზერვო სისტემის გარეშე.

1. მიზანი

იმისთვის, რომ ყოველი გამეტი და ემბრიონი დაცული იყოს შენახვის უკმარისობისგან (8.4).

2. სფერო

ვრცელდება	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი

ადგილმდებარეობა	დაწესებულების ყველა განყოფილება, კლინიკა და დეპარტამენტი
როდის	ყოველ შემთხვევაში, როცა აღწერილი საქმიანობა სრულდება
არ ვრცელდება	საქმიანობა, რომელსაც მოიცავს სხვა დოკუმენტი, ჩამოთვლილი განყოფილება 15-ში

3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ლიდერი	იმ დროს სამსახურის ზედამხედველი ექიმი ან ექთანი

4. ფონი

შენახვის უკმარისობამ შეიძლება გაანადგუროს წლების მუშაობა. სიგნალიზაციით მონიტორინგირებადი შენახვა, განსაზღვრული რეაგირებითა და სარეზერვო სისტემით, არის ერთადერთი დაცვა უხმო უკმარისობისგან.

5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
უფროსი ემბრიოლოგი	ფლობს შენახვას, სიგნალიზაციასა და სარეზერვო სისტემას	ემბრიოლოგი
მორიგე ემბრიოლოგი	პასუხობს სიგნალიზაციებს და აღრიცხავს რეაგირებას	ემბრიოლოგი

6. მასალები და აღჭურვილობა

ნივთი	მოთხოვნა	მდგომარეობა
ამ დოკუმენტში მითითებული ჩანაწერები და ფორმები	მიმდინარე ვერსია	გამოყენებამდე შემოწმებული

7. უსაფრთხოება

- თუ პაციენტს უშუალო რისკი ემუქრება, შეწყვიტეთ და გამოიძახეთ დახმარება. არ დააყოვნოთ გადაუდებელი მკურნალობა საბუთების შევსების გამო.

8. დაწყებამდე

- დაადასტურეთ, რომ ამ დოკუმენტში მითითებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და აქტუალურია.

9. პროცედურა

ეტაპი 1. მონიტორინგი.

- შეინახეთ შენახვა მუდმივად მონიტორინგირებად, სიგნალიზაცია დაყენებული დამტკიცებულ ზღვრებზე (FRT-REG-002).

მთავარი პუნქტი: სიგნალიზაცია ყოველთვის ჩართულია.

ეტაპი 2. რეაგირება.

- ყოველ სიგნალიზაციაზე რეაგირება დადგენილ დროში, მიჰყევით უკმარისობის რეაგირებას და აღრიცხეთ.

მთავარი პუნქტი: რეაგირება წერილობითია.

ეტაპი 3. სარეზერვო სისტემა.

- ტესტირება ჩაატარეთ სარეზერვო შენახვაზე გრაფიკით და აღრიცხეთ ტესტი.

მთავარი პუნქტი: ტესტირებელი არ არის სარეზერვო სისტემა.

10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება
არასამუშაო საათები	მიჰყევით იმავე ეტაპებს. გამოიყენეთ სამსახურის კედელზე მითითებული მორიგე კონტაქტი.

12. ესკალაცია

- ნებისმიერი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ მიეწოდება მორიგე კლინიკურ ლიდერს, ხოლო იმავე დღეს – კლინიკურ დირექტორს.

13. მონიტორინგი

მაჩვენებელი	მიზანი	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
სიგნალიზაციებზე რეაგირება დადგენილ დროში	100%	ყოველთვიურად	უფროსი ემბრიოლოგი	ესკალაცია აღმასრულებელ დირექტორთან
სარეზერვო შენახვის ტესტები გრაფიკით	100%	ყოველკვარტალურად	უფროსი ემბრიოლოგი	ესკალაცია აღმასრულებელ დირექტორთან

14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	შენახვის ადგილი	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში მითითებული ჩანაწერი	პაციენტის ჩანაწერი ან განყოფილების საქმე	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი (წლები)

15. სწავლება

- პერსონალი ამ დოკუმენტში ინსტრუქტირდება ჩართვისას და ყოველწლიურად ახლდება, კომპეტენციის ჩაწერილი შემოწმებით.

16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
FRT-REG-002	შენახვის მონიტორინგისა და სიგნალიზაციის ჟურნალი	ჟურნალი

17. მტკიცებულებები

მითითება	შენიშვნა
E-009	დაყრდნობილია ESHRE revised guidelines for good practice in IVF laboratories (2015)-ზე.
E-006	ASF Policy Framework v1.2. ადაპტირებული.
E-009	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი.

18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0		პირველი ვერსია	

ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება

- Equipment, calibration, maintenance and environment (L-05)
- Information security, LIS downtime, backup and data protection (L-10)

1. წყაროები

- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)
- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)