ორგანიზაციის სახელი ობიექტი ან განყოფილება		სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა წრფივი აჩქარებლის ხარისხის უზრუნველყოფა	
დოკუმენტის ID	RTH-SOP-003	**ვერსია**	1.0
სტატუსი	ცარიელი ფორმა, მოსარგებად	**გამოშვების თარიღი**	
გადახედვის თარიღი		**ანაცვლებს**	
პასუხისმგებელი		**დაამტკიცა**	
ხელმოწერა			

Standards › › Standard 57Standard operating procedures (SOPs)

SOP · RTH-SOP-003 · ვერსია 1.0 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 57.3

მოკლედ

- ყოველი სამკურნალო აპარატი მოწმდება დოკუმენტირებული ხარისხის უზრუნველყოფის გრაფიკით (RTH-REG-001).
- გამოსხივებისა და უსაფრთხოების დაბლოკვები მოწმდება დასაშვებ ზღვართან მიმართებით.
- აპარატი, რომელიც შემოწმებას ვერ ჩააბარებს, კლინიკური გამოყენებიდან იხსნება მანამ, სანამ არ შეკეთდება და ხელახლა არ შემოწმდება.
- დაუყოვნებლივ შეაჩერეთ და მოითხოვეთ დახმარება, თუ: სამკურნალო აპარატი კლინიკურად გამოიყენება შემოწმების ჩაშლის შემდეგ, ან დაგეგმილი შემოწმება ვადაგადაცილებულია.

1. 1. მიზანი

იმისათვის, რომ სამკურნალო აპარატები უსაფრთხოდ აწვდიდნენ დაგეგმილ დოზას (57.3).

2. 2. სფერო

ვრცელდება	საავადმყოფოს კლინიკური და დამხმარე პერსონალი
ადგილმდებარეობა	დაწესებულების ყველა პალატა, კლინიკა და განყოფილება
როდის	ყოველთვის, როცა სრულდება აღწერილი საქმიანობა
არ ვრცელდება	საქმიანობა, რომელსაც მოიცავს სხვა დოკუმენტი, ჩამოთვლილი მე-15 განყოფილებაში

3. 3. განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
კლინიკური ხელმძღვანელი	ექიმი ან ექთანი, რომელიც ამ დროს უძღვება უბანს

4. 4. საფუძვლები

იმისათვის, რომ სამკურნალო აპარატები უსაფრთხოდ აწვდიდნენ დაგეგმილ დოზას (57.3).

5. 5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
სამედიცინო ფიზიკოსი	ატარებს ხარისხის უზრუნველყოფის გრაფიკს და აღრიცხავს შედეგებს	კლინიკური ხელმძღვანელი
რადიაციული ონკოლოგი	წყვეტს კლინიკურ გამოყენებას შემოწმების ჩაშლის შემდეგ	კლინიკური ხელმძღვანელი

6. 6. მასალები და აღჭურვილობა

ნივთი	მოთხოვნა	მდგომარეობა
ამ დოკუმენტში მითითებული ჩანაწერები და ფორმები	მიმდინარე ვერსია	შემოწმებულია გამოყენებამდე

7. 7. უსაფრთხოება

- თუ პაციენტი პირდაპირ საფრთხის ქვეშაა, შეაჩერეთ საქმიანობა და გამოიძახეთ დახმარება. გადაუდებელი მოვლა არ გადადოთ დოკუმენტაციის შევსების გამო.

8. 8. დაწყებამდე

- დარწმუნდით, რომ ამ დოკუმენტში მითითებული ფორმები და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია და მიმდინარეა.

9. 9. პროცედურა

ნაბიჯი 1. შემოწმება.

- ჩაატარეთ დაგეგმილი გამოსხივებისა და უსაფრთხოების შემოწმებები და ჩაწერეთ ისინი (RTH-REG-001).

მთავარი: შემოწმებულია.

ნაბიჯი 2. გადაწყვეტილება.

- შეადარეთ ყოველი შედეგი დასაშვებ ზღვარს. ჩაშლილი აპარატი გამოიყვანეთ ექსპლუატაციიდან.

მთავარი: გადაწყვეტილია.

ნაბიჯი 3. ხელახალი ტესტი.

- შეკეთების შემდეგ ხელახლა შეამოწმეთ აპარატი, სანამ ის კლინიკურ გამოყენებაში დაბრუნდება.

მთავარი: ხელახლა შემოწმებულია.

10. 10. გადაწყვეტილების წერტილები

- ამ პროცედურაში გადაწყვეტილების წერტილები არ არის.

11. 11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	მოქმედება
არასამუშაო საათები	მიჰყევით იგივე ნაბიჯებს. გამოიყენეთ უბნის კედელზე მითითებული მორიგე საკონტაქტო ინფორმაცია.

12. 12. ესკალაცია

- ყოველი სერიოზული პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაეცემა მორიგე კლინიკურ ხელმძღვანელს, ხოლო იმავე დღეს — კლინიკურ დირექტორს.

13. 13. მონიტორინგი

მაჩვენებელი	სამიზნე მაჩვენებელი	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
დაგეგმილი აპარატის შემოწმებები დროულად დასრულებულია	100%	ყოველთვიურად	კლინიკური ხელმძღვანელი	ესკალაცია საავადმყოფოს დირექტორთან
ჩაშლილი შემოწმებები აპარატის ექსპლუატაციიდან გატანით	100%	ყოველთვიურად	კლინიკური ხელმძღვანელი	კლინიკური გამოყენების დაუყოვნებლივ შეწყვეტა

14. 14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
ამ დოკუმენტში მითითებული ჩანაწერი	პაციენტის ისტორია ან უბნის საქმე	დაწესებულების ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები

15. 15. სწავლება

- პერსონალი ამ დოკუმენტში ივარჯიშებს ჩართვისას და ყოველ წელს განახლდება, დაფიქსირებული კომპეტენციის შემოწმებით.

16. 16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
RTH-REG-001	აპარატის ხარისხის უზრუნველყოფის რეგისტრი	რეგისტრი
IMG-SOP-001	სურათის მიღების აპარატურის ხარისხის უზრუნველყოფა და კალიბრაცია (არსებული, ხელახლა გამოყენებული)	SOP

17. 17. მტკიცებულებები

მითითება	შენიშვნა
E-006	ASF Policy Framework v1.2. Adapted.
E-009	ASF Expert Committee consensus.

18. 18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0	დამტკიცების თარიღი	პირველი ვერსია	დამტკიცებულია ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

19. წყაროები

Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Policy Framework v1.2. (E-006)

Accréditation Sans Frontières (2026). ASF Expert Committee consensus on Standard 1. (E-009)